



WARSZAWSKI SZPITAL  
DLA DZIECI

00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43,  
Sekretariat tel. (22) 826 77 81, fax. (22) 826 81 19, centrala tel. (22) 826 80 21 – 23,  
adres e-mail: [dyrekcja@wsdz.waw.pl](mailto:dyrekcja@wsdz.waw.pl); [www.wsdz.pl](http://www.wsdz.pl)

Warszawa, 20.07.2010r.

**dot. postępowania na „Dostawę materiałów medycznych dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ” – sygn. spr. 15/D/2010.**

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu oraz wprowadza zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1 (dot. zakresu 15, pozycji 1, 2):**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 i 2 zestawu filtra z kompletnym układem oddechowym odpowiednio dla dorosłych i dla dzieci.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2 (dot. zakresu 22):**

Zgodnie z Dyrektywą Dotyczącą Urządzeń Medycznych 93/42/EWG, która obowiązuje w Polsce, łączniki oraz martwe przestrzenie znajdują się w klasie II a, a więc są zaklasyfikowane do nieinwazyjnych wyrobów medycznych i w związku z tym nie muszą być sterylne. Czy w związku z tym zgodnie z Dyrektywą, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22 łączniki w wersji mikrobiologicznej czystej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR SZPITALA

mgr Izabela Marcewicz – Jendrysik

A. Antonik, Marcewicz, A. Marcewicz