



WARSZAWSKI SZPITAL
DLA DZIECI

00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43,
Sekretariat tel. (22) 826 77 81, fax. (22) 826 81 19, centrala tel. (22) 826 80 21 – 23,
adres e-mail: dyrekcja@wsdz.waw.pl; www.wsdz.pl

Warszawa, 23.08.2010r.

dot. postępowania na „Dostawę materiałów medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ” – sygn. spr. 18/D/2010.

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu oraz wprowadza zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1 (dot. zakresu 5, pozycji 1):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych nie posiadających pisemnego określenia stopnia przepuszczalności, o współczynniku filtracji: BFE \geq 98 %.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 (dot. zakresu 5, pozycji 2):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego z serwetą na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 (dot. zakresu 5, pozycji 5):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha medycznego niejałowego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28 g/m² w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 (dot. zakresu 9, pozycji 2):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wanny do dezynfekcji o długości wewnętrznej 465 (393) mm, pozostałe parametry bez zmian?

MS - 100001

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 (dot. zakresu 9, pozycji 3):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wanny do dezynfekcji o szerokości wewnętrznej 245 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 (dot. zakresu 9, pozycji 4):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wanny do dezynfekcji o wysokości zewnętrznej 210 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 (dot. zakresu 8, pozycji 1):

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zakresu 8 poz.1 prześcieradła o szerokości 50cm z nawojem 50m lub 80m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia.

Pytanie 8 (dot. zakresu 8, pozycji 2):

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zakresu 8 poz.2 prześcieradła o szerokości 60cm z nawojem 50m lub 80m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia.

Pytanie 9 (dot. zakresu 8, pozycji 1, 2):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prześcieradła jednorazowego uniwersalnego w zwojach po 50 metrów z odpowiednim przeliczeniem pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia.

Pytanie 10 (dot. zakresu 9, pozycji 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki do dezynfekcji o pojemności 3l, wykonanej z polipropylenu w kolorze białym, z wygodnymi uchwytami i nieprzeźroczystą szczelną pokrywą, nakładką dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzenie narzędzi, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie narzędzi, wewnątrz skala pojemności, o wymiarach zewnętrznych 300 mm x 185 mm x 125 mm; wewnętrznych 250 mm x 150 mm x 120 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 (dot. zakresu 9, pozycji 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki do dezynfekcji o pojemności 5l, wykonanej z polipropylenu w kolorze białym, z wygodnymi uchwytami i nieprzeźroczystą szczelną pokrywą, nakładką dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzenie narzędzi, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie narzędzi, wewnątrz skala pojemności, o wymiarach zewnętrznych 400 mm x 300 mm x 180 mm; wewnętrznych 340 mm x 260 mm x 170 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 (dot. zakresu 9, pozycji 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki do dezynfekcji o pojemności 10l, wykonanej z polipropylenu w kolorze białym, z wygodnymi uchwytami i nieprzeźroczystą szczelną pokrywą, nakładką dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzenie narzędzi, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie narzędzi, wewnątrz skala pojemności, o wymiarach zewnętrznych 555 mm x 205 mm x 135 mm; wewnętrznych 500 mm x 170 mm x 120 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13 (dot. zakresu 9, pozycji 4):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki do dezynfekcji o pojemności 30l, wykonanej z polipropylenu w kolorze białym, z wygodnymi uchwytami i nieprzeźroczystą szczelną pokrywą, nakładką dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzenie narzędzi, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie narzędzi, wewnątrz skala pojemności, o wymiarach zewnętrznych 620 mm x 405 mm x 240 mm; wewnętrznych 560 mm x 370 mm x 225 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następującą zmianę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 2 Formularz Cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.

W zakresie 5, pozycji 2 anuluje się dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia i jednocześnie wprowadza się aktualny zapis o brzmieniu:

„**Obłożenie pola operacyjnego zestaw podstawowy:** dwuwarstwowe z obszarami wzmocnionymi (warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) opakowanie sterylne z długim terminem ważności, przeznaczony do bezpośredniego stosowania podczas zabiegu operacyjnego, czytelnie oznaczony zestaw w skład którego wchodzi: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140x190 cm. (wzmocnienie 75x190 cm.); 1 serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 cm. (wzmocnienie 60x80 cm.); 1 serweta samoprzylepna operacyjna 150x240 cm.; 1 serweta samoprzylepna 170x175 cm.; 2 serwety samoprzylepne operacyjne 75x90 cm.; 4 ręczniki celulozowe 33x33 cm.; 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm., gramatura materiału podstawowego 55g/m², w obszarach wzmocnień 110. Z widoczną datą ważności, spełniające wymagania robocze określone przez normę PN-EN 13795”.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR SZPITALA

mgr Izabela Marcewicz – Jendrysik


ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. med. Barbara Jankowska